

Gutachten

Unsere Tücher MediWipes und MediWipes premium wurden in einem **4-Felder-Flächentest** gemäß EN16615 „Chemische Desinfektion und Antiseptika - Quantitativer Prüfungsversuch zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung auf nicht-porösen Oberflächen mit mechanischer Einwirkung mit Hilfe von Tüchern oder Mops im humanmedizinischen Bereich“ erfolgreich getestet.

Desinfektionsmittel:

- MediSept rapid „melone“ (Stand 2013)
- Biaguanid Fläche N (Stand 2013)
- Incidin Extra N (Stand 2013)
- Incidin Plus (Stand 2013)
- Microbac forte (Stand 2013)
- MediSept rapid sensitiv (Stand 2015)

Gebrauchsfertige Tücher:

- quick & easy rapid sensitiv (Stand 2015)

Zusätzlich wurden unsere Tücher in Anlehnung an die „Standardmethoden der **DGHM** zur Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren“ Stand 1. September 2011 und dem „Anforderungskatalog für die Aufnahme von chemischen Desinfektionsverfahren in die Desinfektionsmittel- Liste der DGMH“ Stand 4. Februar 2002 getestet.

Desinfektionsmittel:

- Incidin perfekt	0,5%	60 min.
- Terralin protect	0,5%	60 min.
- Microbac forte	2,0%	5 min.
- Bacillol AF	Konz.	5 min.
- Wofasept FL	2,0%	15 min.
- Incidur	2,0%	15 min.
- MediSept sensitiv	Konz.	30 sek.

Gebrauchsfertige Tücher:

- | | | |
|-------------------------------|-------|---------|
| - quick & easy rapid sensitiv | Konz. | 30 sek. |
|-------------------------------|-------|---------|

Weiter wurde unser MediSept uni **dermatologisch** getestet und es traten „im Epikutantest nach internationalen Richtlinien keine toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.“



Gerne lassen wir Ihnen die entsprechenden Gutachten zukommen, wenn es gewünscht wird. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unseren Tüchern.

Mit freundlichen Grüßen

